

INVENTARIO, LABORATORIO
ETAP SOLLANO

Explotacion:

Por:

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Fecha: **08/02/2016**

ELEMENTO	Nº UDS	CARACTERISTICAS	ESTADO	OBSERVACIONES
EQUIPOS Y APARATOS				
Espectofotómetro	1	HACH, DR-2800	Correcto	
Bloque termostatico	1	HACH, LT-200	Correcto	
Equipo de filtración 3 posiciones	1	MILIPORE	Correcto	
Estufa	2	SELECTA, mod. 2000206 incubat	Correcto - reserva	
Estufa 44°C -36°C	2	SELECTA MEMMERT IPP 200	Correcto	
Estufa 22°C	1	SELECTA PREBATEN 2000961	Correcto	
Estufa 105°C	1	SELECTA CONTERM 2000208	Correcto	
Estufa de precisión 121°C	1	NAHITA 632 PLUS	Correcto	2015
Estufa de precisión 121°C	1	SELECTA, DIGITRONIC	Correcto - reserva	
Presoclave-75	1	SELECTA, Ref. 4001136	Correcto	
Balanza de precisión	1	SARTORIUS TE214S	Correcto	
Balanza	1	SARTORIUS, PT.610	Correcto	
Turbidímetro	1	HACH, mod.1720 C	Correcto - reserva	
Turbidímetro (AT)	1	HACH, mod.1700 D	Correcto	
Turbidímetro (AB)	1	HACH, mod.1720 E	Correcto	2015
Turbidímetro (ETAP AR)	1	HACH, mod.1720 E	Correcto	
Turbidímetro	1	HACH 2100N-IS	Correcto	
pH-metro en continuo	2	ABB 4630	Correcto	
Analizador de cloro en continuo	2	Prominent dulcometer	Correcto	
Purificador de agua	1	MILLIPORE Elix 3	Correcto	
Floculador	1	SBS, mod.FC6	Correcto	
Frigorífico	1	EDESA Dinamic	Correcto	
Agitador magnético con termostato	1	SELECTA, mod.AGIMATIC N	Correcto	
Buretas automáticas de 50 ml/ud	1	BRAND III	Correcto	
Buretas automáticas de 50 ml/ud	1	BRAND TITRETTE	Correcto	2014
Lámpara U.V.	1	ZOURMAT, Ref. VL6L 6W	Correcto	
Conductímetro, con sonda de temperatura	1	CRISON, glp-31	Correcto	
Sonda de conductividad	1	CRISON, Ref. 5292	Correcto	
Conductímetro continuo	1	POLYMETRON MONEC D9100	Correcto	
Ph-metro digital, , con sonda de temperatura	1	CRISON, mod.glp-22	Correcto	

INVENTARIO, LABORATORIO
ETAP SOLLANO

Explotacion:

Por:

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Fecha: **08/02/2016**

ELEMENTO	Nº UDS	CARACTERISTICAS	ESTADO	OBSERVACIONES
Electrodo combinado de pH	1	CRISON, Ref. 5202	Correcto	
Cabina de fluor A + B	2	ABB 8031	Correcto	
I.S.E. de F	2	ABB	Correcto	
Electrodos de referencia de F	2	ABB	Correcto	
Vitrina de gases	1	OR-ST 1200	Correcto	
Patron de masa	1	VWR	Correcto	
Termometro	1	TESTO 926	Correcto	
Cronometro	2	OREGON	Correcto	
Mesa + cajones + armario	3		Correcto	
Silla	2		Correcto	
Climatizador	2	LG+kosner	Correcto	KOSNER 2015
Ordenador procesador intel pentium D	1	Gigabyte	Correcto	
Fax T-106	1	Brother	Correcto	
Impresora F380	1	HP	Correcto	
Extintor	1	ABC	Correcto	
Botiquin	1	ASEPEYO	Correcto	
Equipo completo de material fungible	1		Correcto	
MATERIAL FUNGIBLE				
Pipetas estériles graduadas	1	Caja 500 ud	Correcto	
Vasos de precipitados	10	100 ml	Correcto	
Vasos de precipitados	14	1000 ml	Correcto	
Vasos de precipitados	2	2000 ml	Correcto	
Matraces aforados	8	100, 200, 250, 500, 1000, 2000 ml	Correcto	
Probetas	10	25, 50, 100, 250, 500, 1000 ml	Correcto	
Embudos	4		Correcto	
Frascos lavadores	3		Correcto	
Mechero de alcohol	2		Correcto	
Pipetas	3	1 ml	Correcto	
Pipetas	3	2 ml	Correcto	
Pipetas	5	5 ml	Correcto	

INVENTARIO, LABORATORIO
ETAP SOLLANO

Explotacion:

Por:

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Fecha: **08/02/2016**

ELEMENTO	Nº UDS	CARACTERISTICAS	ESTADO	OBSERVACIONES
Pipetas	5	10 ml	Correcto	
Pipetas	2	20 ml	Correcto	
Pipetas	2	25 ml	Correcto	
Pipetas	1	50 ml	Correcto	
Buretas	2	50 ml	Correcto	
Frascos de cristal	13	500 ml	Correcto	
Frascos de cristal	2	2000 ml	Correcto	
Pinzas	2		Correcto	
Vidrios de reloj	1		Correcto	
Crises	3		Correcto	
Imanes	10		Correcto	
Espátula	2		Correcto	
Medidor cloro portátil	1	LOVIBOND PC CHECKIT	Correcto	
Kit de test de Cloro	2		Correcto	
Células de muestra, 1 pulgada (par idéntico).	2	Marca Hach 2095000	Correcto	
Desecador	1		Correcto	
Gradillas	2		Correcto	
Soporte	1	SELECTA	Correcto	
Cilindro de calibración HACH 1720	1	HACH	Correcto	
LABORATORIO REACTIVOS				
DPD Cloro Total (14064-99, Marca Hach)	1	14064-99	Correcto	
Reactivo DPD cloro libre (14070-99, Marca Hach)	2	14070-99	Correcto	
Ácido ascórbico (14577-99, Marca Hach)	1	14577-99	Correcto	
Indicador PAN en sol. 0.1% (21224-32, Marca Hach)	1	21224-32	Correcto	
Reactivo cianuro alcalino (21223-32, Marca Hach)	1	21223-32	Correcto	

**INVENTARIO, LABORATORIO
ETAP SOLLANO**

Explotacion:

Por:

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Fecha: **08/02/2016**

ELEMENTO	Nº UDS	CARACTERISTICAS	ESTADO	OBSERVACIONES
Hexameten tetraamina tampon (1878-66, Marca Hach)	1	1878-66	Correcto	
Reactivo ECR (23801-23, Marca Hach)	1	2380-23	Correcto	
Reactivo ECR aluminio (23802-68, Marca Hach)	1	23802-68	Correcto	
Nitraver V (14034-99, Marca Hach)	1	14034-99	Correcto	
Nitraver III (14065-99, Marca Hach)	1	14065-99	Correcto	
Reactivo SPANDS (444-49, Marca Hach)	2	444-49	Correcto	
Ferrozine, 500ml (2301-49. Marca Hach)	1	2301-49	Correcto	
Reactivo Rochelle Salt-PVA. Marca Hach	1	21994-49	Correcto	
Reactivo de Nessler. Marca Hach	1	21194-49	Correcto	
ManVer 2 Hardness Indicador. Marca Hach	1	851-99	Correcto	
Titraver (EDTA) Standard Solution 0.010M (0.020N). Marca Hach	1	205-53	Correcto	
Chloride 2 Indicator Powder Pillows (50ud). Marca Hach	1	1057-66	Correcto	
Test fotometrico TOC. Marca Hach	2	LCK380	Correcto	
STABLCAL Solución estándar de turbidez de 20 NTU (1000 ml). Marca Hach	1	2660153	Correcto	
Sodio tiosulfato solucion 0,1N. Marca Hach	1	32332	Correcto	
Solución estándar de fluoruro 1.00mg/l. Marca Hach	1	291-49	Correcto	
CRISOLYT A KCl 3M + AgCl. Marca Crison (PH)	1	9501	Correcto	
Solución pH:4.01 . Marca Crison	1	9463	Correcto	
Solución pH:7.00. Marca Crison	1	9464	Correcto	
Patrón de conductividad 12.88 mS/cm. Marca Crison	1	97-20	Correcto	
Patrón de conductividad 1413 µS/cm. Marca Crison	1	97-10	Correcto	
Embudos rigidos de 100ml, con membranas S-Pak 0.45Fm , cuadrícula blanca y esteriles (150 unid). Millipore	1	MIHAWG100	Correcto	

INVENTARIO, LABORATORIO

ETAP SOLLANO

Explotacion:

Por:

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Fecha: **08/02/2016**

ELEMENTO	Nº UDS	CARACTERISTICAS	ESTADO	OBSERVACIONES
Membranas 0.45µm, cuadrícula blanca y estériles (600 unid) . Millipore	1	HAWG047S6	Correcto	
Cajas de Petri estériles, vacías, envase de 150. Millipore	1	PD2004700	Correcto	
Cajas de Petri estériles con carton absorbente, envase de 150. Millipore	1	PD20047S0	Correcto	
Coliformes totales (caldo M-ENDO) m-ENDO BROTH. Ampollas de plástico 2ml (50 unid). . Millipore	1	MHA00P2E	Correcto	
Coliformes totales y E. Coli m-COLIBLUE 24 BROTH. Ampollas de plástico 2ml (50 unid). . Millipore	1	M00PMCB24	Correcto	
Chromocult Coliformes Agar. VWR	1	101274ZA	Correcto	
Agar triptona de levadura ISO 6222:1999 55MM 1 * 30 UN. VWR	2	171250ZA	Correcto	
LACTOSE TTC TERG.7 BLISTER 55MM 1 * 30 UN. VWR	2	201023ZA	Correcto	
SLANETZ & BARTLEY AGAR 3X10PETRI 55M 1 * 30 UN. VWR	4	170980ZA	Correcto	
AGAR BILIS ESCULINA AZIDA 1 * 30 UN	1	170082UA	Correcto	
Placas petri prerrellenadas TBX (20 placas). VWR	2	101004ZA	Correcto	
Ac. Sulfúrico 98%. Marca Merck	1	1007311000	Correcto	
Ac Clorhídrico 37% PA. Marca Merck	1	1003171000	Correcto	
Amoniaco 25% PA. Marca Merck	1	1054321000	Correcto	
Sodio cloruro PA. Marca Merck	2	1064041000	Correcto	
Sodio polifosfato Puris. (sal de Grahan). Marca Merck	3	1065291000	Correcto	
Sodio hidróxido en lentejas PA. Marca Merck	1	1064980500	Correcto	
Sodio tiosulfato pentahidrato. Marca Merck	1	1065160500	Correcto	
Amonio Hierro II Sulfato 6-hidrato. Sal Mohr. Marca Merck	1	1037920500	Correcto	
Potasio permanganato 0.02M. Marca Merck	1	1091211000	Correcto	

**INVENTARIO, LABORATORIO
ETAP SOLLANO**

Explotacion:

Por:

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Fecha: **08/02/2016**

ELEMENTO	Nº UDS	CARACTERISTICAS	ESTADO	OBSERVACIONES
Solución estándar de fluoruro 1000mg/l. Marca Merck	1	1198140500	Correcto	
Solución pH:4.00 . Marca Merck	1	1094351000	Correcto	
Solución pH:7.00. Marca Merck	1	1094391000	Correcto	
Anaerocult P. Marca Merck	1	113807	Correcto	
Anaeroclip. Marca Merck	1	114226	Correcto	
Anaerotest. Marca Merck	1	115112	Correcto	
Reference Electrode filling solution . ABB	1	1117300	Correcto	
m-CP Agar, caja de 12 placas. Marca Cultimed	1	445463	Correcto	
DPD Nº1 Rápida. (250/caja). Marca Lovibond	3	511311	Correcto	
Etanol Puris. Marca Scharlau	1	ET00061000	Correcto	
Anaerogen compact. Oxoid	3	AN0010C	Correcto	
Membranas CGE/CTE Cl2. Prominent	3	792862	Correcto	
Electrolito CGE/CTE Cl2. Prominent	1	792892	Correcto	
RESMAS 420*520 MM. 1 * 500 UN	2	40033064252	Correcto	
Guantes latex. VWR	4	1121520-1121522	Correcto	
Guantes resistentes al calor, Aratherma Heavy T7. VWR	1	112-4063	Correcto	
Gafas de seguridad modelo Berlin. VWR	1	111-0543	Correcto	
Mascarilla tipo 4279. 3M	1	111-0044	Correcto	